



编号: 0106-2020-2022

## 不符合项报告

企业名称:	东营市元捷石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
-------	---------------	----------	----

受审核部门: 生产技术部 (质量)      陪同人员: 吴昊天

### 不符合事实描述:

现场发现型号 HR-150A 编号: 352 洛氏硬度计校准日期: 2021.05.21, 计量确认超期。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款总则的“应涉及并实施计量确认, 以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”的管理要求。

不符合认证审核准则条款号: GB/T19022—2003 7.1.1 条款 总则

不符合程度: 主要不符合       ; 次要不符合 √;

审核员(签名) 吴阳 陪同人员(签名) 吴昊天

企业部门代表(签名) 王永军

日期: 2022 年 06 月 25 日

### 纠正措施:

1、将型号 HR-150A 编号: 352 洛氏硬度计停止使用; 按计量确认间隔进行计量确认, 合格再投入使用。

2、组织相关人员学习标准相应条款, 认真梳理其它测量设备的管理状态, 是否满足测量设备的预期要求。

企业部门代表签名: 王永军

审核员签名: 吴阳

### 纠正措施完成情况:

纠正措施已落实, 验证有效。

审核组代表签名: 吴阳

日期: 2022 年 06 月 25 日

可另附页