



测量设备溯源抽查表


编号: 0830-2022

企业名称 临汾山水水泥有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量控制室	全自动压力试验机	2407	YAM-300D	1 级	测力仪标准装置: 0.3 级	临汾市综合检验检测中心	2022.3.9	√
质量控制室	电动抗折试验机	1309185	DKZ-5000	±1%	测力仪标准装置: 0.3 级	山西诚立有限技术检测公司	2022.4.20	√
质量控制室	电子汽车衡	1309003	SCS-150	III级	非自动衡器检定装置: M1 等级	临汾市质量技术监督检验测试所	2021.9.14	√
动力车间	电子台秤	693552	TCS-150	III级	非自动衡器检定装置: M1 等级	临汾市综合检验检测中心	2022.3.9	√
质量控制室	电子天平	B239374761	AR224CN	0.0001g	F1 等级毫克组砝码标准装置: F1 等级 F1 等级克组砝码标准装置: F1 等级	临汾市综合检验检测中心	2022.3.9	√
质量控制室	恒温干燥箱	014904	101-2	$U=0.5^{\circ}\text{C}$, $k=2$	温湿度巡检仪: $U=(0.09\sim0.26)^{\circ}\text{C}$, $k=2$	山东珞珈计量检测有限公司	2022.4.19	√
质量控制室	箱式电阻炉	1109	SX-4-13	$U=3^{\circ}\text{C}$, $k=2$	温湿度巡检仪: $U=(0.09\sim0.26)^{\circ}\text{C}$, $k=2$;	山东珞珈计量检测有限公司	2022.4.19	√
制成车间	压力表	KC21206-1	(0-1.6)MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.05 级	洪洞县综合检验检测中心	2022.2.18	√
供料车间	压力表	KC21346-10	(0-1.6)MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.05 级	洪洞县综合检验检测中心	2022.2.18	√
包装车间	压力表	KC21085-1	(0-1.6)MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.05 级	洪洞县综合检验检测中心	2022.2.18	√
烧成车间	压力表	KC2192-1	0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.05 级	洪洞县综合检验检测中心	2022.2.18	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》,《测量设备管理程序》,公司未建立最高计量标准,测量设备由动力车间负责溯源。公司测量设备全部委托临汾市综合检验检测中心、临汾是质量技术监督检验测试所、山西诚立有限技术检测公司、山东珞珈计量检测有限公司、洪洞县综合检验检测中心等 5 个机构检定/校准,检定/校准证书由质量控制室保存。根据抽查情况,该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 28 日上午~6 月 30 日上午

审核员签字:   

部门代表签字: 