



编号: 0830-2022

不符合项报告

企业名称:	临汾山水水泥有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 动力车间		陪同人员: 李斌	
不符合事实描述: 查动力车间新购置的出厂编号为 57442276WS 的数字万用表未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>李斌</u> 陪同人员(签名) <u>李斌</u> 企业部门代表(签名) <u>吉顺</u> 日期: 2022 年 6 月 30 日			
纠正措施: <u>立即对万用表进行送检, 并举一反三, 查找类似问题, 一并整改.</u> 企业部门代表签名: <u>吉顺</u> 审核员签名: <u>李斌</u>			
纠正措施完成情况: <u>万用表的纠正措施可行.</u> 审核组代表签名: <u>李斌</u> 日期: <u>2022</u> 年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日			

可另附页