




编号: 0023-2021-2022

## 计量要求导出和计量验证记录表

|                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |                                       |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 测量过程名称                                                                                                                                                                                                                                                    | 压力密封试验        | 被测参数要求(含公差)    | (6.6±0.2) MPa                         |                  |           |
| 被测参数要求识别依据文件                                                                                                                                                                                                                                              |               | JB/T7252-94 标准 |                                       |                  |           |
| 计量要求导出方法:<br><br>1、测量参数公差范围: $T = \pm 0.2 \text{ MPa}$<br>2、被测参数要求最大允许误差: $\Delta_{\text{允}} \leq T/3 = 0.4/3 = 0.13 \text{ MPa}$ (取 1/3);<br>3、根据被测参数要求, 选择测量范围为 (0-25) MPa, 1.6 级压力表                                                                    |               |                |                                       |                  |           |
| 计量校准过程                                                                                                                                                                                                                                                    | 测量设备名称/编号     | 型号规格           | 主要计量特性<br>(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号        | 校准/检定日期   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 压力表<br>/Y2229 | (0-25)MPa      | ±0.1 MPa                              | 22ZY22002374-001 | 2022.2.23 |
| 计量验证记录:<br><br>1、测量设备的最大允许误差±0.1 MPa, 满足被测参数要求最大允许误差 0.13 MP 要求;<br>2、测量设备测量范围为 (0-25) MPa, 满足被测参数测量范围 (6.6±0.2) MPa 的要求。<br><br>验证结论: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) |               |                |                                       |                  |           |
| 验证人员签字:  验证日期: 2022 年 3 月 11 日                                                                                                                                         |               |                |                                       |                  |           |
| 认证审核记录:<br><br>1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求;<br>2. 计量要求导出方法正确;<br>3. 测量设备的配备满足计量要求;<br>4. 测量设备经过检定/校准并合格;<br>5. 测量设备验证正确。<br><br>审核员签名:                                       |               |                |                                       |                  |           |
| 企业代表签字:  审核日期: 2022 年 6 月 21 日                                                                                                                                         |               |                |                                       |                  |           |