



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GD602112206270002

Certificate No.

委托方:

重庆业安科技有限公司

Client

委托方地址:

重庆市渝中区经纬大道776号D区2号楼4-25

Address

仪器名称:

测线仪

Description

型号/规格:

NF-801R

Model/Type

制造商:

精明鼠

Manufacturer

出厂编号:

/

Serial No.

管理编号:

MH-Q-02

Asset No.

接收日期:

Received Date

2022 年 06 月 27 日
Y M D

校准日期:

Calibration Date

2022 年 06 月 27 日
Y M D

签发日期:

Issue Date

2022 年 06 月 27 日
Y M D



发证单位 (专用章)

Issued By (Stamp)

批准:

Approved by

核 验:

Inspected by

校 准:

Calibrated by

邹春晖

黄磊

王德荣

地址: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新工业区2栋207室

Address: Room 207, Building 2, Shanghenglang New Industrial Zone, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

电话(Tel): 86-0755-88897322

传真(Fax): 86-0755-88897322

邮编: (Post Code): 518109

电子邮件 (E-mail): gd602jl@163.com

第1页, 共3页

Page of



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: GD602112206270002

Certificate No.

1. 本报告未经签章无效, 数据涂改无效。

It will be ineffective without certification, and the change of data will be ineffective, too.

2. 本证书的校准结果仅对所校准样品有效。

The results of this certificate are only responsible for the item calibrated.

3. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制校准证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.

4. 本次校准的技术依据文件:

Reference documents for the Calibration

1 《参照仪器使用说明书》

5. 本次校准使用的主要测量标准:

Main Standards of Measurement Used in the Calibration

设备名称	编号	溯源单位	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No.	Traceability to	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
网络分析仪	MY46729745	广东省计量院	GDAB202200169/2023-04-05	电平: 0.50dB; 频率: 6×10^{-8}

6. 校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration

地点: 客户实验室

温度: 23.8 °C

相对湿度: 52 %RH

Place

Temperature

Relative Humidity

7. 建议复校间隔时间: 12 个月。但送校单位应按实际情况来定。

Recalibration interval

Months, but the delivery unit should be determined according to the actual use.



校准结果 Result of Calibration

证书编号:GD602112206270002

Certificate No.

1、外观: 正常

2、导通功能检查:

端口序号	电阻	功能状态
1	25Ω	通过
2		通过
3		通过
4		通过
5		通过
6		通过
7		通过
8		通过

3、泄露电流: <0.5mA

备注(Notes):

1.测量结果不确定度 (Expanded uncertainty of the measurement results)

$U_{rel} = 2\%$ ($k=2$)

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)
(The below is blank)