



测量设备溯源抽查表

编号: 0016-2019-2022

企业名称	方大特钢科技股份有限公司					审核员	童棣、黄为平、毛细华、徐科	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
自动化部	标准铂铑 30-铂铑 6 热电偶	B113008	B	一等	标准组铂铑 30-铂铑 6 热电偶标准装置 $U_{99}=(1.5-2.1)^{\circ}\text{C}$ $k=2.58$	中国计量科学研究院	2021.7.19	√
自动化部	砝码	2174	1g-200g	E ₂ 等级	E ₁ 等级砝码组标准装置	中国计量科学研究院	2021.7.6	√
焦化厂	在线 pH 计	150703018	PH221B	$U=0.01\text{pH } k=2$	PH 计检定仪 0.0006 级	东华计量测试研究院	2021.12.2	√
焦化厂	在线 pH 计	130902017	PH221B	$U=0.01\text{pH } k=2$	PH 计检定仪 0.0006 级	东华计量测试研究院	2021.12.2	√
动力厂	测振仪	6210301103	HY-103	$U_{rel}=3.0\% k=2$	覆层厚度测量仪 校准用厚度片 B 级	广州广电计量检测股份有限公司	2022.3.19	√
动力厂	压力表	ST18030116	(0-100) MPa	数字压力计 0.05 级	0.05 级	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.5.19	√
检测中心	布氏硬度计	0021	HB-3000 B	$U_{rel}=1.2\% k=2$	布氏硬度块标准块	东华计量测试研究院	2022.4.1	√
检测中心	千分尺	17W02-036	(0-25) mm	$U=0.001 \text{ mm } k=2$	量块 四等	东华计量测试研究院	2021.12.24	√
检测中心	微机控制电子万能试验机	Z2101076	TSE255D	$U_{rel}=0.4\% k=2$	标准测力仪 0.1 级	东华计量测试研究院	2022.4.8	√
炼铁厂	压力表	L190221319	(0-1.6) MPa	1.6 级	0.02 级数字压力计标准装置	自动化部	2022.5.11	√
炼铁厂	压力表	L190221320	(0-1.6) MPa	1.6 级	0.02 级数字压力计标准装置	自动化部	2022.5.11	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

企业建立了 15 项最高计量标准开展检定和校准, 企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外, 其余均送至中国计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司、东华计量测试研究院检定/校准, 随机抽查 9 台测量设备, 均按照方大特钢科技股份有限公司自动化部的要求, 按周期送检, 检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致, 且都在有效期。测量设备量值溯源真实有效, 符合规定要求。

审核日期: 2022 年 6 月 23 日 上午至 2022 年 6 月 23 日 下午 (共 1.0 天)

审核员签字: 童棣 徐科 黄为平 部门代表签字: 万云