



测量设备溯源抽查表

编号: 0020-2019-2022

企业名称	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
焦化厂	一氧化碳报警器	D027B046	HA-8100	±10%	一氧化碳检测报警器检定装置 $U_r=1\%$, $k=2$	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2021.12.8	√
焦化厂	中文台式电导率仪	912106066	9101D	重复性 0.05% 引用误差 -0.30%	电导率仪检定装置: 电导率 $U=(2-0.05)\%$, $k=2$	中国测试技术研究院	2021.9.16	√
炼铁厂	大屏幕测温仪	12-0368	KZ-300BG	$U=0.1^{\circ}\text{C}$, $k=2$	多功能校准仪 0.01 级	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2022.5.2	√
炼铁厂	大屏幕测温仪	20-1536	KZ-300BG	$U=0.1^{\circ}\text{C}$, $k=2$	多功能校准仪 0.01 级	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2022.5.2	√
能源环保部	气体涡轮流量计	10521875	Q-75-M1-2	1.0 级	音速喷嘴法气体流量标准装置 $U=0.3\%$, $k=2$	甘肃省计量研究院	2021.4.22	√
能源环保部	电子式三相三线电能表	1812465009000016	DSSD331	有功 0.5 级	电能表检定装置 0.03 级	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2021.2.9	√
不锈钢分公司	可燃气体报警器	3058907	ALTAIR 4X	±10%	一氧化碳检测报警器检定装置 $U_{rel}=1\%$, $k=3$	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2022.6.15	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《测量管理体系手册》, 对计量确认、测量设备溯源和外部供方形成规定。公司测量设备统一送到检验检测中心进行溯源。公司由检验检测中心负责建立了 44 项计量标准, 其中有 23 项获得甘肃省强检授权。公司计量标准范围内的测量设备, 实施内部检定/校准, 能力范围之外的, 由检验检测中心送外校准/检定。外部检定/校准机构按检验检测控制中心制定的《外部服务供方管理程序》进行选择和管理。

根据抽查的测量设备溯源情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 8 日~8 月 10 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。