



测量设备溯源抽查表

编号: 0179-2018-2022

企业名称	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检验检测站	电子汽车衡	201220002	SCS-120	III级, e=50kg	砝码 M1 级	甘肃省计量研究院	2022.3.25	√
检验检测站	电子汽车衡	201215001	SCS-150	III级, e=50kg	砝码 M1 级	甘肃省计量研究院	2022.3.25	√
检验检测站	波长色散 X 射线荧光光谱仪	207200	S8 TIGER	Ur=1%, k=2	纯铜标准物质 U=0.02%, k=2	甘肃省计量研究院	2021.9.14	√
炼钢作业区	压力表	4647	(0-4) MPa	1.6 级	精密压力表 0.25 级	甘肃省计量研究院	2022.5.27	√
炼钢作业区	快速钢水测温仪	DC2013059	(800-1650) °C	0.5 级	特稳携式校验仪 0.02 级	检验检测站	2022.3.18	√
炼铁作业区	耐震不锈钢压力表	200604221	YNBF-100	1.6 级	压力表检定装置 0.05 级	检验检测站	2022.1.17	√
炼铁作业区	一氧化碳检测报警器	D02A4004	HA8100	±10%	一氧化碳检测报警器检定装置 Ur=1%, k=2	检验检测站	2022.5.13	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》。公司建立本公司的计量标准(包括电子天平、压力表等 6 项), 计量标准均在有效期内。公司能力以外的测量设备送外校准/检定, 校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理, A 类测量设备检定证书由设备所在部门保存, B 类和 C 类测量设备的证书由检验检测站统一保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 7 月 28 日~7 月 29 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。