

测量过程有效性确认表

编号：R-7.2/02

测量过程名称	面料克重检验过程	测量过程编号	CS-02
使用部门/地点	品控部	控制程度	<input checked="" type="checkbox"/> 高度 <input type="checkbox"/> 一般
被测量	面料克重	管控要求	来料检验作业指导书
测量设备	名称	电子天平	取样器
	编号	9035995	001
	计量确认状态	合格	合格
测量过程有效性确认			
确认内容	测量过程的计量要求	测量过程实际控制情况	
测量程序	来料检验作业指导书	来料检验作业指导书	
测量软件	无	无	
测量环境	常温常湿	常温常湿	
测量人员	检验员	检验员	
测量不确定度	$U=1.7\text{g/m}^2$ (k=2)	$U=0.62\text{g/m}^2$ (k=2)	
测量过程监视记录			
核查标准	/		
监视过程简述	每月对同一样品进行由不同人进行测量，误差不超过许范围。		
结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 有缺陷 <input type="checkbox"/> 不合格		
确认/日期： 李雄伟2022.5.25		审核/日期： 金玉凤2022.5.25	