



测量设备溯源抽查表


编号: 0148-2018-2022

企业名称	广东宸际内衣生物科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品控部	纤维卷尺	CJ003	1.5m	$U=0.1\text{mm}+2 \times 10^{-5}L, k=2$	钢卷尺: II 级	深圳华兴计量检测技术有限公司	2022 年 5 月 16 日	√
品控部	验布机	YB01	CW-888B	$U=0.2\%, k=2$	智能测长仪: MPE: $\pm 0.15\%$ 电子数显卡尺: MPE: $\pm 0.03\text{mm}$	佛山市质量计量 监督检测中心	2022 年 3 月 31 日	√
品控部	电子天平	9035995	JE302	III 级	砝码: F ₂ 等级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022 年 3 月 31 日	√
生产部	台秤	694	TGT500A	III 级	砝码 (编号: 511、001、 001-300): M ₁ 等级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022 年 3 月 31 日	√
生产部	电子秤	75520	JSC-D6	III 级	砝码 (编号: 511、001、 001-300): M ₁ 等级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022 年 3 月 31 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托佛山市质量计量监督检测中心及深圳华兴计量检测技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 29 日

审核员签字:  部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。