



测量过程核查记录

测量过程名称：	来料幅宽测量过程			测量过程编号：		CS-01			记录流水号：			
测量参数：	来料幅宽			测量最大允许误差：		± 3mm			备注： 单位为mm			
核查标准：	纤维卷尺			核查周期：		每月1次						
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 ($\bar{x}$)	标准偏差 (s)
2022/1/15	1452	1451	1452	1452	1451	1452	1451	1451	1451	1452	1451. 5	0. 5
2022/2/13	1453	1451	1451	1451	1451	1452	1451	1451	1451	1451	1451. 3	0. 7
2022/3/17	1451	1451	1451	1451	1452	1451	1452	1453	1451	1452	1451. 5	0. 7
2022/4/18	1451	1451	1451	1453	1451	1451	1451	1451	1451	1452	1451. 3	0. 7
2022/5/20	1451	1453	1451	1451	1451	1451	1451	1452	1451	1452	1451. 4	0. 7
2022/6/10	1452	1453	1451	1452	1451	1452	1451	1452	1451	1452	1451. 7	0. 7
m = 1				n = 10								
平均值 ($\bar{X}$) = 1451. 4			s _B = 0. 1155			s _P = 1. 2996						

$\bar{X}$ - s图



制表： 黄雄生 2022年5月20日



审核/日期： 李淑兰 2022/5/20