



测量设备溯源抽查表

编号: 0022-2020-2022

企业名称	山东胜兴特种材料有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
化验室	电子天平	595006	JEA202	$\pm 0.02\text{g}$	标准砝码/F1 等级	山东中检校准技术有限公司	2022.06.08	√
化验室	李氏比重瓶	042259	250ml	$U=0.008\text{mL}$, $k=2$	分析天平/1 级	山东中检校准技术有限公司	2022.06.08	√
化验室	旋转粘度计	1808200	HB-ZNN-D 6	$U_{\text{rel}}=2.6\%$, $k=2$	粘度标准液、 $U_{\text{rel}}=0.41\%$, $k=2$	山东中检校准技术有限公司	2022.06.08	√
化验室	泥浆比重计	042261	NB-1	$U=20\text{mg}$, $k=2$	砝码/F1 等级	山东中检校准技术有限公司	2022.06.08	√
化验室	激光粒度分析仪	02517	Winner20 00ZDE	$\pm 10\%$	乳胶微粒粒度标准物质 $U=0.2\mu\text{m}$, $k=2$	山东中检校准技术有限公司	2022.06.08	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托山东中检校准技术有限公司等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 6 月 28 日下午~ 6 月 29 日上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。