



编号: 1204-2021

不符合项报告

企业名称:	隆赫电气设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 隆赫电气设备有限公司 (质检部)		陪同人员: 王建发	
不符合事实描述: 现场检查了正在使用的其中一台 AT821 型, 编号 HHD-002 的电容电感测试仪, 有效期至 2022.06.15, 已超过有效期未继续溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 7.3.2 溯源性要求。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒: 审核员(签名) 吴孝平 陪同人员(签名) 王建发 企业部门代表(签名) 李晋东 日期: 2022.07.04			
纠正措施: 1. 立即送检溯源。 2. 检查在用设备、仪器, 避免类似情况发生。 企业部门代表签名: 李晋东 审核员签名: 吴孝平			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 可行。 审核组代表签名: 吴孝平 日期: 2022.07.04			

可另附页

