



测量设备溯源抽查表

编号: 0649-2021-2022

企业名称	德州精锐石油机械有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技质部	洛氏硬度计	1820	HR-150 A	$U=0.3\text{HRC}$, $k=2$	标准洛氏硬度块: 均匀度 0.2HRC	深圳中电测量技术有限公司	2022.06.05	√
技质部	万能试验机	1401	WDW-100	$U_{\text{rel}}=0.4\%$, $k=2$	标准测力仪: 0.3 级	深圳中电测量技术有限公司	2022.05.05	√
技质部	测厚仪	305	(0-20) mm	$\pm 0.07\text{mm}$ $U=18\mu\text{m}$, $k=2$	量块: 4 等	深圳中电测量技术有限公司	2022.05.05	√
技质部	里氏硬度计	L1338	HLN180	$U=7\text{HLD}$, $k=2$	标准里氏硬度块: 均匀性 5HLD	深圳中电测量技术有限公司	2022.05.05	√
生产部	牙高规	WGW2-	142841	$U=6\mu\text{m}$, $k=2$	投影万能测长仪: $U=1\mu\text{m}$, $k=2$	深圳中电测量技术有限公司	2022.05.05	√
技质部	金相显微镜	J21005	4XC	$U=1\mu\text{m}$, $k=2$	标准测微尺: $U=0.002\text{mm}$, $k=2$	深圳中电测量技术有限公司	2022.05.05	√
生产部	压力表	17031061	YN-100	$\pm 2.5\text{MPa}$ $U_{\text{rel}}=0.5\%\text{FS}$, $k=2$	数字压力校准仪: 0.05 级	深圳中电测量技术有限公司	2022.05.05	√
审核综合意见: 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由技质部负责溯源。公司测量设备由深圳中电测量技术有限公司校准，校准证书由技质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 7 月 1 日上午~2022 年 7 月 1 日下午 审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 王张龙								