



编号: 0855-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏凯奥机械制造有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	千分尺	1400913	(0~25) mm	$\pm 4\mu\text{m}$ $U=1.0\mu\text{m}+8\times 10^{-6}L$ ($k=2$)	量块 (5.12~100) mm: 5 等	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022.6.28	√
质管部	高精度里氏硬度计	J00818082701	JH120	允许误差: $\pm 12\text{HLD}$ 重复性误差: $\leq 12\text{HLD}$ $U=7\text{HLD}$ ($k=2$)	里氏硬度块 (590~640) HLD、 (750~830) HLD: $U=7\text{HLD}$ ($k=2$) (460~590) HLD: $U=5\text{HLD}$ ($k=2$)	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022.6.28	√
生产部	游标卡尺	DD102559	(0~150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$ ($k=2$)	量块 (10~291.8) mm: 5 等	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022.6.28	√
质管部	超声波测厚仪	MT0116082208	MT160	$\pm 0.26\text{mm}$ (校准点 50mm) $U=0.05\text{mm}$ ($k=2$)	超声波测厚仪标准块 (0.5~200) mm: $U=8\mu\text{m}$ ($k=2$)	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022.6.28	√
生产部	耐震压力表	YJ0684130	(0~40) MPa	$\pm 1.0\text{MPa}$ $U=0.5\%\text{FS}$ ($k=2$)	数字压力表: (0~60) MPa 0.05 级	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022.6.28	√
生产部	压力表	201105035	(0~1.6) MPa	1.6 级	压力表: (0~1.6) MPa 0.4 级	阜宁县综合检验检测中心	2022.4.12	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合管理部负责溯源。测量设备由阜宁县综合检验检测中心和方溯认证检测研究院(深圳)有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由综合管理部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 7 月 5 日上午~2022 年 7 月 6 日上午

审核员签字:

孙小燕

部门代表签字:

2022