



编号: 0857-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏天正电气有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	双刻度游标卡尺	21130843	MNT-200	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm} (k=2)$	量块 (10~291.8) mm: 5 等	扬州市天域计量测试有限公司	2022.05.06	√
生产部	接地电阻测试仪	2220109	CC2521	电阻显示误差: $U=0.96\%(\text{M}\Omega)$ ($k=2$) 试验电流设置误差: $U=0.63\%(\text{A})$ ($k=2$)	模拟交流标准电阻器 (0~11.11 Ω , 0~30A): 0.1 级	扬州市天域计量测试有限公司	2022.05.06	√
生产部	绝缘电阻表	211217606	ZC25-4	(0.5~1000) $\text{M}\Omega$: $U_r=3\% (k=2)$	绝缘电阻检定装置 100 Ω ~10 $\text{M}\Omega$: $\pm 0.2\%$; 10 $\text{M}\Omega$ ~100 $\text{M}\Omega$: $\pm 0.5\%$; 100 $\text{M}\Omega$ ~1 $\text{G}\Omega$: $\pm 1\%$;	扬州市天域计量测试有限公司	2022.05.06	√
技术部	耐电压测试仪	2204242	CC2672B	电压校准: $U=0.9\%(\text{kV})$ ($k=2$)	耐电压测试仪校验装置: $\pm 2\%$	扬州市天域计量测试有限公司	2022.05.06	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。测量设备由扬州市天域计量测试有限公司进行校准，校准证书由行政部保存。根据抽查情况，该公司的/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 7 月 6 日下午~2022 年 7 月 7 日下午

审核员签字:

孙小燕

部门代表签字:

戴磊

