



企业名称	江苏润众环保材料有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	压杆取样器 (出口型)	RZ-001	CLY-2008	$\pm 1\%N$ $U_{rel}=0.5\%$ ($k=2$)	标准测力仪基准机: 0.1 级	北京市计量检测科学研究院	2022.0 6.13	√
生产部	多功能强力机(出口型)	YG026 8/887	DWM-1K N	$\pm 0.1N$ $U_{rel}=0.5\%$ ($k=2$)	标准测力仪基准机: 0.1 级	北京市计量检测科学研究院	2022.0 6.13	√
质检部	全自动透气量仪器	YG461 E/668	DWM-20 KN	$\pm 10Pa$ $U=1.2Pa$ ($k=2$)	活塞式压力真空计: 0.05 级 补偿式微压计: 二等	北京市计量检测科学研究院	2022.0 6.13	√
质检部	恒温鼓风干燥箱(出口型)	Y101A/ 666	LISE-H50 00	$\pm 1.0^{\circ}C$ $U=0.2^{\circ}C$ ($k=2$)	温湿度巡检仪: $U_{rel}=0.1\%$ ($k=2$) 标准铂铑 10-铂热电偶: $U_{rel}=0.2\%$ ($k=2$)	北京市计量检测科学研究院	2022.0 6.13	√
质检部	电子秤	RZ-006	(0-50)kg	$\pm 0.015kg$ $U=1g$ ($k=2$)	砝码(套组): F1 级	北京市计量检测科学研究院	2022.0 6.13	√
质检部	电子天平	RZ-007	JM-A-200 02	$\pm 0.1g$ $U=0.01g$ ($k=2$)	砝码(套组): F1 级	北京市计量检测科学研究院	2022.0 6.13	√

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。测量设备由北京市计量检测科学研究院进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 7 月 9 日下午~2022 年 7 月 10 日下午

审核员签字:

部门代表签字:

許學光