




计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	0.5S 级三相电能表基本误差测量过程		被测参数要求(含公差)	±0.5%	
被测参数要求识别依据文件			JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》		
计量要求导出方法(可另附) 测量过程要求电能表基本误差: ±0.5% 测量过程的测量范围要求: 相对误差 ±5% $U_{允} = T_{单侧} / 3 = 0.17\%$ 测量设备的测量范围: 相对误差 ±10% 测量设备的 MPEV = 1/2 $U_{允} = 0.085\%$					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	三相电能表检定装置	YC-1893G	0.05 级	DBN202200256	2022-05-12
	三相标准电能表	SZ-03A-K6	0.05 级	DBN202260694	2022-07-13
计量验证记录 测量设备的测量范围大于测量过程要求的测量范围, 测量设备示值误差小于测量设备最大允许误差。 验证结论: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字:  验证日期: 2022 年 07 月 15 日					
认证审核记录: 该测量过程已按产品要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 允许不确定度和最大允许误差的导出方法正确, 测量设备已进行检定, 计量验证方法正确, 验证结论为合格, 能满足计量要求。 审核员签名: 					
企业代表签字:  审核日期: 2022 年 07 月 15 日					