



测量设备溯源抽查表

编号: 0879-2021-2022

企业名称 济源市万洋冶炼(集团)有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产运营部	V 级流量计	14L772	JSRY-LV DN200F G25BB42 N3	$U_{rel}=2.0\%$ $k=2$	手持式超声波流量计: $U_{rel}=0.3\%, k=2$	深圳中电 计量测试 技术有限公司	2022.06.15	√
技术标准部	量筒	201710 01	500mL	$\pm 5.0\text{ml}$	电子天平: 1 级	深圳新广 行检测技 术有限公 司	2020.10.15 校准周期 间隔 36 个 月	√
技术标准部	直读光谱仪	142606	LABM12	$U_{rel}=6.2\%$ $k=2$	铅铋光谱与化学标准样品: Cu/Ag/Sb: $U=0.0002\%$; Bi: $U=0.0008\%$ Zn: $U=0.00002\%$ Sn/Sn/Ni/Cd: $U=0.0001\%$ $k=2$	深圳新广 行检测技 术有限公 司	2021.07.01 校准周期 间隔 24 个 月	√
技术标准部	电子汽车衡	2012026	SCS-150	Ⅲ 级	砝码: M ₁ 级	济源市质 量技术监 督检验测 试中心	2021.08.17	√
技术标准部	箱式电阻炉	9999	SX2-4-13	温度: $U=4.5^{\circ}\text{C}, k=2$	温湿度场巡检仪: 温度: $U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$	河南省中 量计量器 具校准有 限公司	2021.12.31	√
技术标准部	原子荧光光度计	20-9601- 01-020	PF6-1	$U=0.014\text{ng}$, $k=2$	砷单元素溶液标准物质: $U=1\mu\text{g/mL}, k=2$	深圳华量 校准检测 有限公司	2022.04.20	√
生产运营部	压力变送器	190410 02	CYQ- 3051	$U_{rel}=0.2\%\text{FS}$ $k=2$	数字压力表: $U_{rel}=0.03\%\text{FS}, k=2$	方圆检测 认证有限 公司	2021.11.20	√
生产运营部	中压氮气流量计	14L798	JSRY-LV DN250F G25LL42 N3	$U_{rel}=0.3\%$ $k=2$	流量计检定装置: 0.5 级	湖南航测 检测技术 服务有限 公司	2022.6.27	√
技术标准部	原子吸收分光光度计	292	WFK-120 B	重复性 0.3% 线性误差 4%	原子吸收分光光度计检定 用标准物质: $U_{rel}=2.0\% k=2$	济源市质 量技术监 督检验测 试中心	2022.04.15	√





审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由技术标准部、生产运营部负责溯源。测量设备检定/校准委托深圳中电计量测试技术有限公司、深圳新广行检测技术有限公司、济源市质量技术监督检验测试中心等进行检定/校准, 检定/校准证书由技术标准部、生产运营部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 07 月 11 日上午~2022 年 07 月 12 日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

刘复荣

