



编号：0870-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	广西兴辉腾塑胶有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	数显卡尺	KC-002	(0-150)mm	±0.01mm	量块 5 等	深圳市达丰计量检测集团有限公司	2021.09.14	√
综合部	马弗炉	BX200610-05GP	BX-5-12H	$U=1.3^{\circ}\text{C}, k=2$	高温热电偶 $U=1.1^{\circ}\text{C}, K=2$	深圳市达丰计量检测集团有限公司	2021.09.14	√
综合部	静液压试验机	2006042	10MPa	$U_{\text{ref}}=0.13\%\text{FS}$ $k=2$	活塞式压力计、精密数字压力表 0.05 级	深圳市达丰计量检测集团有限公司	2021.09.14	√
品管部	游标卡尺	KC-001	(0-150)mm	±0.02mm	量块 5 等	深圳市达丰计量检测集团有限公司	2021.09.14	√
综合部	拉伸试验机	190695	LY-1066A	$U_{\text{ref}}=0.4\%\text{FS}$ $k=2$	标准测力仪 0.3 级	深圳市达丰计量检测集团有限公司	2021.09.14	√
品管部	测厚仪	CHY-003	(0-30)mm	$U=0.005\text{mm}$ $k=2$	量块 5 等	深圳市达丰计量检测集团有限公司	2021.09.14	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准项，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市达丰计量检测集团有限公司校准，校准证书由综合部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 7 月 7 日

审核员签字：

刘琳

部门代表签字：

韦浩斌

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。