



测量设备溯源抽查表

编号：0035-2019-2022

企业名称	河南凤宝特钢有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量计控部	直读光谱仪	4220-AD	ARL3460	碳：U=0.04%，k=2 硅：U=0.04%，k=2 锰：U=0.04%，k=2 硫：U=0.05%，k=2 铬：U=0.07%，k=2	钢铁光谱分析用标准物质	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.9.10	√
质量计控部	高频红外碳硫分析仪	1904015	HCS-140	碳：U=0.015%，k=2 硫：U=0.001%，k=2	碳硫成分分析标准物质： 碳：U=0.002%，k=2 硫：U=0.0005%，k=2	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.9.10	√
质量计控部	电子汽车衡	2017-171 (3#)	SCS-120t	III 级	砝码 M1 级	林州市综合检验检测中心	2022.03.18	√
质量计控部	电子汽车衡	2020-194 (2#)	SCS-120t	III 级	砝码 M1 级	林州市综合检验检测中心	2022.03.18	√
质量计控部	电子天平	1231181063	AL104	U=0.3mg,k=2	砝码 E2 等级：	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.09.10	√
炼铁厂	耐震压力表	21110432	(0-1)MPa	1.6 级	精密压力表标准装置：0.4 级	林州市综合检验检测中心	2022.06.24	√
炼钢厂	无线气体检测报警器	20160705053	GDB1	Urel=3.5%,k=2	一氧化碳气体标准物质： Urel=1%，k=2	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.09.09	√
炼铁厂	一氧化碳气体报警仪	B061925345	SNG964A W-CO	Urel=3.5%,k=2	一氧化碳气体标准物质： Urel=1%，k=2	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.09.10	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量计控部负责溯源。公司测量设备全部委托林州市综合检验检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由质量计控部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 7 月 20 日~ 7 月 21 日

审核员签字：

杨校

部门代表签字：

马群弘

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。