



编号: 0035-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	河南凤宝特钢有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量计控部	陪同人员:	马琳凯
不符合事实描述: 查质量计控部台帐及校准证书: 其中管理编号 WSD-01 温湿度计, 型号为 HTC-1, 校准日期: 2021 年 9 月 13 日, 使用地点为: 炼铁厂分析室, 在现场查看该测量设备无标识, 不符合 6.2.4 标识的要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 _√____; 审核员(签名) 左校 陪同人员(签名) 马琳凯 企业部门代表(签名) 赵晨光 日期: 2022.7.21 纠正措施: 1. 对炼铁厂分析室编号 WSD-01 温湿度计, 增加计量标识。 2. 对计量标识管用透明胶带固定, 防止再次脱落。 3. 对计量标识管理及分析室人员进行培训, 并提供培训记录。 企业部门代表签名: 赵晨光 审核员签名: 左校 纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 验证关闭。 左校 审核组代表签名: 日期: 2022.7.21			

可另附页