测量设备溯源抽查表

编号：0132-2020-2022

企业名称	濮阳市东昊机械电子有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打 ×
质检部	洛氏硬度计	1636	HR-150A	MPE：±1.5HRC	标准洛氏硬度块：*U*=0.4HRC, *k*=2	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.10.15	√
生产部	抗震压力表	2213	（0-60）MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2022.03.02	√
生产部	深度尺	5693	(0-300)mm	*U*=0.02mm, *k*=2	卡尺量块：2 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.25	√
生产部	高度尺	5790	(0-300)mm	*U*=0.02mm, *k*=2	卡尺量块：2 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.2.11	√
质检部	带表内卡规	(75-95)mm	31334	*U*=5.0μm,*k*=2	量块 1 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.25	√
质检部	不加厚油管螺纹工作量规	A2165	2　3/8TBG	*U*=0.025mm, *k*=2	螺纹校对规 *U*=0.006mm, *k*=2	宝鸡市石油量规检测中心	2022.03.30	√
质检部	数显式温湿度计	DHWS01	HTC-1	温度：*U*=0.8℃ *k*=2; 湿度：*U*=2%RH, *k*=2	恒温恒湿箱 温度：*U*=0.3℃ *k*=2; 湿度：*U*=1.6%RH, *k*=2	中溯计量检测有限公司	2021.08.08	√

审核综合意见：
（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司、中溯计量检测有限公司、濮阳市质量技术监督检验测试中心、宝鸡市石油量规检测中心等单位进行检定校准，检定校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期：　2022 年 7 月 22 日下午~ 7 月 23 日下午

审核员签字：　　部门代表签字：

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。