



编号: 0879-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	山东宏丰智能装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	数显卡尺	180706794	(0-300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: $U=(0.5+5L)\mu\text{m}$, $k=2.68$	深圳市东华计量检测技术有限公司	2021.12.15	√
生产部	直角尺	L-0036	(250×500)mm	$\pm 0.3\text{mm}$ $U=0.05\text{mm}, k=2$	量块: 4 等 刀口型直尺: $U=0.5\mu\text{m}$, $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.10.28	√
质量部	游标卡尺	19116051	(0-300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: $U=0.20\mu\text{m}+2\times 10^{-6}L$, $k=2$	广东中准检测有限公司	2021.12.15	√
生产部	压力变送器	372009290237	DG2AHPB (0-300)MPa	$U=0.005\%\text{FS}$ $k=2$	活塞式压力计: $U=0.008\%$, $k=2$	华南国家计量测试中心	2021.11.15	√
质量部	布氏硬度计	21SSHB207002	TH606	$U_{\text{rel}}=1.8\%$ $k=2$	标准布氏硬度块: $U_{\text{rel}}=1.6\%$, $k=2$	深圳市东华计量检测技术有限公司	2021.12.15	√
质量部	三坐标测量机	147465	DuraMax5/5/5	$U=2.0\mu\text{m}$ $k=2$	量块: 3 等	深圳市东华计量检测技术有限公司	2021.12.15	√
生产部	压力表	210786	Y-100	1.6 级	数字压力计标准装置: 0.05 级	东营市计量测试检定所	2022.04.11	√
质量部	超声波测厚仪	0000049021000051	TIME2100	$U=0.05\text{mm}$ $k=2$	超声波试块: 厚度: $U=0.005\text{mm}, k=2$ 直径: $U=0.008\text{mm}, k=2$	深圳市东华计量检测技术有限公司	2021.12.15	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《溯源性管理程序》,公司未建立最高计量标准,测量设备由质量部、安全设备部负责溯源。公司测量设备均委托“深圳市东华计量检测技术有限公司”、“深圳中电计量测试技术有限公司”等机构检定校准,检定校准证书由质量部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 07 月 16 日上午~2022 年 07 月 17 日下午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 李保明