



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0096-2019-2022

| 企业名称 | 霸州市亚杰石油科技有限公司 |            |            |                                              |                                                                                             |                |                 |               |
|------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 部门   | 测量设备名称        | 测量设备编号     | 型号规格       | 测量设备计量特性                                     | 测量标准装置名称及技术参数                                                                               | 检定/校准机构        | 检定/校准日期         | 符合打√<br>不符合打× |
| 技术部  | 数字式超声探伤仪      | 010180533  | GNU30      | 水平<br>$U=1.2\%(k=2)$<br>垂直<br>$U=1.9\%(k=2)$ | 仪器功能检查辅助装置                                                                                  | 广东中准检测有限公司     | 2022 年 5 月 17 日 | √             |
| 技术部  | 电子万能试验机       | 190632     | WDW-300H   | $U_{rel}0.4\%(k=2)$                          | 钢直尺<br>$U=0.04mm, k=2$<br>电子秒表 051423<br>MPE: $\pm 0.2s$<br>标准测力仪<br>0.3 级                  | 山东博测计量检验技术有限公司 | 2022 年 5 月 10 日 | √             |
| 技术部  | 里氏硬度计         | 0101801797 | AT80       | $\pm 10HLD$                                  | 里氏硬度块 7214<br>$U=7HLD(k=2)$<br>里氏硬度块 57186<br>$U=5HLD(k=2)$<br>里氏硬度块 67186<br>$U=6HLD(k=2)$ | 山东博测计量检验技术有限公司 | 2022 年 5 月 10 日 | √             |
| 技术部  | 游标卡尺          | 6074       | (0-150) mm | $U=0.01mm(k=2)$                              | 量块 (12 块)<br>190767<br>5 等                                                                  | 山东博测计量检验技术有限公司 | 2022 年 5 月 10 日 | √             |
| 技术部  | 压力表           | 601        | (0-60) MPa | $U=0.85\%FS(k=2)$                            | 精密压力表<br>HC6954130B022<br>$U=0.18\%FS(k=2)$                                                 | 山东博测计量检验技术有限公司 | 2022 年 5 月 10 日 | √             |
| 技术部  | 外径千分之         | 714837     | (50-75) mm | $U=3\mu m(k=2)$                              | 量块 (20 块)<br>140053<br>2 级/4 等                                                              | 山东博测计量检验技术有限公司 | 2022 年 5 月 10 日 | √             |

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司没有建最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托山东博测计量检验技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 07 月 24 日~07 月 25 日

审核员签字:

耿丽修

部门代表签字:

李凤国

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。