



测量设备溯源抽查表

编号: 2019-0105-2022

企业名称	北京嘉洁能科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	螺纹塞规	9	G3/4 TB、BZ 1 套	$U=0.003\text{mm}$ ($k=2$)	螺纹综合测试机: 外 尺寸 MPE: $\pm (2.9 \mu\text{m} + L/200 \times 10^{-3})$ 内尺寸 MPE: $\pm (3.0 \mu\text{m} + L/200 \times 10^{-3})$	北京市计量检测科学研究院	2022/ 4/8	√
品管部	电子秒表	Y11343	TF807	示值误差 0.001S	秒表检定仪标准装置 MPE: $\pm (T \times 5 \times 10^{-7} + 3\text{ms})$	北京市计量检测科学研究院	2022/3 /29	√
品管部	数字温湿度计	2	HTC-1 (0-30) 摄氏度/ (0-80) %RH	温度: $U=0.2$ 摄氏度 ($k=2$) 湿度: $U=2$ %RH ($k=2$)	精密露点仪 露点: ± 0.2 摄氏度 温度 ± 0.1 摄氏度	北京市计量检测科学研究院	2022/ 4/6	√
品管部	防静电测试仪	2013021 811707	498	$U_{rel}=1.0\%$ ($k=2$)	绝缘电阻表检定装置 电阻 $\pm (2\%-5\%)$ \ 电 压 $\pm 1.0\%$	北京市计量检测科学研究院	2022/4 /1	√
品管部	压力表	10.10.4 051	(0-4) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准置 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2022/4 /18	√
品管部	千分尺	1204554	(0-25) mm	0.01mm	测微量具检定装置, 量块三等、四等	北京市计量检测科学研究院	2022/9 /29	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》。公司测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院机构检定/校准, 校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况, 抽查 6 台测量设备及校准证书, 验证该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 29 日 8 月 30 日

审核员签字:

耿丽修

部门代表签字:

高延芳

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。