



测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	数字接地电阻测试仪	21098	PC39A	$U_{rel}=0.5\%, k=2$	接地导通电阻测量仪 检定装置 MPE: $\pm 0.2\%$ 数字多用表: ACI: $U_{rel}=0.02\%, k=2$	广东中准检测有限公司	2021年10月18日	√
品质部	耐电压测试仪	04063	ZHZ	交流电压: $U_{rel}=1.7\%, k=2$ 交流电流: $U_{rel}=0.9\%, k=2$ 时间: $U_{rel}=1.2\%, k=2$	数字高压表: ACV: $\pm 1\%$, DCV: $\pm 0.5\%$ 数字万用表: DCI: $U_{rel}=0.06\%, k=2$ ACI: $U_{rel}=0.17\%, k=2$ 电子秒表: $U=0.01s$, $k=2$	广东中准检测有限公司	2021年10月18日	√
生产部	带表卡尺	H1980242	(0~150) mm	$\pm 0.03mm$	量块: 五等3级 数显外径千分尺: MPE: $\pm 2\mu m$ 刀口形直尺: 直线度 MPE: $1.0\mu m$	广东中准检测有限公司	2021年10月18日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 7 月 11 日上午~12 日上午

审核员签字:

张桂芹

部门代表签字:

梁朝

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。