


测量过程核查记录

表格编号: R-7.2/01

测量过程名称:	接地电阻测试			测量过程编号:	PZ-004-D-02			记录流水号:	202201			
测量参数:	接地电阻			测量最大允许误差:	±5%			备注: 单位为mΩ				
核查标准:	标准电阻 (100mΩ)			核查周期:	每月一次							
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 (\bar{X})	标准偏差 (s)
2022年3月	98	99	99	98	99	99	98	98	99	99	98.6	0.5
2022年4月	99	99	99	98	98	99	99	99	99	98	98.7	0.5
2022年5月	100	99	100	99	99	99	99	99	99	99	99.2	0.4
2022年6月	99	99	98	98	98	99	98	99	99	98	98.5	0.5
2022年7月												

\bar{X} - s图



s图



编制： 陆永欢

审核： 莫衍全

