

测量过程有效性确认表

编号：R-7.2/02

测量过程名称	接地电阻测试		测量过程编号	PZ-004-D-02	
使用部门/地点	品质部		控制程度	☒ 高度 ☐ 一般	
被测量	接地电阻		管控要求	接地电阻测量过程控制规范	
测量设备	名称	接地电阻测试仪			
	编号	21098			
	计量确认状态	合格			
测量过程有效性确认					
确认内容	测量过程的计量要求			测量过程实际控制情况	
测量程序	接地电阻测量过程控制规范			符合要求	
测量软件	无			无	
测量环境	常温常湿			温度：26.5℃，相对湿度：65%	
测量人员	检验员			查陆永欢，该操作人员经过培训，具有上岗资格	
允许测量不确定度	U≤3.3mΩ (k = 2)			U=0.88mΩ (k = 2)	
测量过程监视记录					
核查标准	标准电阻（100mΩ）				
监视过程简述	体系建立至今每月使用核查标准进行10次重复测量，记录其测量值，生成平均值及标准偏差，形成控制图。图形显示过程稳定受控。				
结论	☒ 合格 ☐ 有缺陷 ☐ 不合格				
确认/日期： 陆永欢2022.4.20			审核/日期： 莫衍全2022.4.20		