



编号：0896-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山市金战金属制品有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	UC413090	(0~150) mm	±0.03mm	量块：4 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022 年 6 月 28 日	√
质检部	直角尺	JZ-05	(0~300) mm	U=0.05mm, k=2	平板：U=3 μm, k=2 刀口形直尺：U=0.7 μm, k=2 圆柱角尺：U=3.0 μm, k=2 量块：4 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022 年 6 月 28 日	√
生产部	游标卡尺	AA413167	(0~150) mm	±0.03mm	量块：4 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022 年 6 月 28 日	√
生产部	直角尺	JZ-04	(0~300) mm	U=0.05mm, k=2	平板：U=3 μm, k=2 刀口形直尺：U=0.7 μm, k=2 圆柱角尺：U=3.0 μm, k=2 量块：4 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022 年 6 月 28 日	√

审核综合意见：

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》，《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 7 月 12 日下午~7 月 13 日下午

审核员签字：

张桂芹

部门代表签字：

郭

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。