



测量设备溯源抽查表

编号: 0897-2022

企业名称 安徽亚玖环保建材有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
实验室	砂浆专用拉伸试验机	429001	WDW-B2	$U_{rel}=0.36\%$, $k=2$	测力传感器 0.3 级	安徽省恒信检验检测有限公司	2021.10.12	√
实验室	全电动抗折抗压试验机	190541 1	WYA-300B	$U_{rel}=0.16\%$, $k=2$	测力传感器 0.3 级	安徽省恒信检验检测有限公司	2021.10.12	√
生产部	电子汽车衡	002163	SCS-100	$U=12\text{kg}$, $k=2$	砝码 M12 等级	安徽国力衡器有限公司	2021.10.27	√
生产部	电子台秤	192527 925	150kg	$U=0.03\text{kg}$, $k=2$	砝码 M1 等级	安徽省恒信检验检测有限公司	2021.10.12	√
实验室	电子天平	208390	JA20003	$U=0.3\text{g}$, $k=2$	砝码 F1 等级	安徽省恒信检验检测有限公司	2021.10.12	√
实验室	恒温干燥箱	117	101A-1	$U=20^\circ\text{C}$, $k=2$	温湿度巡检仪: $U=(0.08\sim0.6)^\circ\text{C}$, $k=2$	安徽省恒信检验检测有限公司	2021.10.12	√
实验室	箱式电阻炉	8540	4-10	$U=1.4^\circ\text{C}$, $k=2$	温湿度巡检仪: $U=(0.08\sim0.6)^\circ\text{C}$, $k=2$;	安徽省恒信检验检测有限公司	2021.10.12	√
安全部	压力表	2088	(0-1.6)MPa	1.6 级	精密压力表组: 0.4 级	无锡市计量测试院	2022.5.19	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托“安徽国力衡器有限公司”、“无锡市计量测试院”和“安徽省恒信检验检测有限公司”等 3 个机构检定/校准，检定/校准证书由综合部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 7 月 12 日上午~7 月 13 日上午

审核员签字:

张云扬

部门代表签字:

冯慧明