



受理编号: 0914-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	BS09 定子线圈对地耐压试验		被测参数要求(含公差)	耐压 $\geq 5\text{kV}$	
被测参数要求识别依据文件		5YL. 524. 2069 《图纸》			
计量要求导出方法: 1、测量参数公差范围: $T=5\text{kV}$ 2、测量设备的最大允许误差: $\Delta_{允} \leq 1/3 T = 5\text{kV}/3 = 1.67\text{kV} = \pm 0.83\text{kV}$ 3、被测参数测量范围: 技术要求耐压$\geq 5\text{kV}$, 根据测量范围导出的原则, 导出的计量要求范围: (0-10) kV; 15S 无闪络、无击穿。则选择测量范围为 (0-33) kV 的耐压测试仪进行测量。					
计 量 校 准 过 程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准证书编号	检定日期
	工 频 耐 压 测 试 仪 /JG233011	PVT-33D	MPE: $\pm 0.5\text{kV}$	DN220168920009	2022.07.05
计量验证记录: 测量设备的测量范围为 (0-33)kV, 满足导出计量要求测量范围 (0-10) kV 的计量要求; 测量设备的最大允许误差为$\pm 0.5\text{kV}$, 满足导出计量要求最大允许误差$\pm 0.83\text{kV}$ 的要求; 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打$\sqrt{\quad}$, 只选一项)					
验证人员签字: 徐世勇			验证日期: 2022 年 07 月 12 日		
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经校准; 5. 测量设备验证方法正确。					
审核员意见: 姜丽					
企业代表签字: 王捷洪			审核日期: 2022 年 07 月 15 日		