



编号: 0914-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	大连钰霖电机有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部(实验室)	电流传感器	9050084	NT1200-S/S P1	MPE: ±0.03%	数字多用表: ACV: $U_{rel}=0.013\%(k=2)$; OHM: $U_{rel}=0.005\%(k=2)$; 数字多用表: DCV: $U_{rel}=0.0035\%(k=2)$; ACV: $U_{rel}=0.034\%(k=2)$; 带升流器精密电流互感器: 比差值: $U=0.005\%(k=2)$; 相位差: $U=0.13' (k=2)$;	东莞市 帝恩检测有限公司	2022年07 月05日	√
质检部(实验室)	电流互感器	10210004 1	LMZJ1-0.5	准确度等级: 0.2级	带升流器精密电流互感器: 比差值: $U=0.005\%(k=2)$; 相位差: $U=0.13' (k=2)$; 互感器校验仪: 同相分量: $U_{rel}=0.3\%(k=2)$; 正交分量: $U_{rel}=0.3\%(k=2)$; 电流互感器负荷箱: $U_{rel}=0.6\%(k=2)$;	东莞市 帝恩检测有限公司	2022年07 月05日	√
质检部(实验室)	三相电参数仪	89201200 56	YAJ-1701E	电压(V) A相:100~600; B相:100~600; C相:100~600; 不确定度: $U_{rel}=0.1\%(k=2)$ 电流(A) A相:0.2~20; B相:0.2~20; C相:0.2~20; 不确定度: $U_{rel}=0.2\%(k=2)$ 功率(W) A相:100~6000; B相:100~6000; C相:100~6000; 不确定度: $U_{rel}=0.2\%(k=2)$ 功率因数 0.3~1.0 不确定度: $U_{rel}=0.8\%(k=2)$	多功能校准仪: DCV:±0.0011%rdg; DCA:±0.01%rdg; OHM:±0.0028%rdg;	东莞市 帝恩检测有限公司	2022年07 月05日	√



				频率指示: (50~60)Hz 不确定度: $U_{rel}=0.1\%(k=2)$				
质检部(实验室)	工频耐压测试仪	JG233011	PVT-33D	准确度等级: 5 级	交直流分压器: 直流电压: $U_{rel}=0.12\%(k=2)$; 交流电压: $U_{rel}=0.15\%(k=2)$;	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 07 月 05 日	√
质检部(实验室)	接地电阻测试仪	H170503 1	KW2678A	电流: (5~30)A MPE: $\pm 3\% \pm 3$ 个字 电阻: (0~500)mΩ MPE: $\pm 3\% \pm 3$ 个字	模拟交直流标准电阻器: DC:0.05 级; AC:0.1 级; 秒表: 日差: $U=0.05s/d(k=2)$; 时间间隔: $U=0.01s(k=2)$;	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 07 月 05 日	√
质检部(实验室)	绝缘电阻测试仪	31102238 34	UT502	测量范围: (1~500)MΩ; (1~20)GΩ; MPE: (0~99.9)MΩ: $\pm (3\%+5)$; 100MΩ~9.9 GΩ: $\pm (5\%+5)$; (10~20)GΩ: $\pm (10\%+5)$;	数字高压表: DC: $U_{rel}=0.12\%(k=2)$; AC: $U_{rel}=0.15\%(k=2)$; 高阻箱: $U_{rel}=3\%(k=2)$;	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 07 月 05 日	√
质检部	角度尺	206085	(0~320)°	MPE: $\pm 2'$	刀口直角尺: 0 级; 刀口形直尺: $U=0.3\mu m(k=2)$; 角度尺: 2 级	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 07 月 05 日	√
生产部(车间)	游标卡尺	1850078	(0~1000)mm	MPE: $\pm 0.07mm$	量块: $U=(0.8\sim 1.3)\mu m, k=2$; 量块: 4 等 2 级; 量块: 3 等 1 级;	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 07 月 05 日	√
质检部	外径千分尺	065811	(225~250)mm	MPE: $\pm 8\mu m$	量块: 3 等 1 级; 千分尺专用量块: 3 等 2 级;	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 07 月 05 日	√



质检部(实验室)	绕组匝间冲击耐电压试验仪	RZJ-6G	交流电压： (0~6) kV	准确度等级：5级	示波器： 时基： $U_{rel}=3.0\%(k=2)$ ； 上升时间： $U_{rel}=5\%(k=2)$ ； 高压探头： 直流衰减比： $U_{rel}=0.34\%(k=2)$ ； 上升时间： $U_{rel}=5\%(k=2)$ ；	东莞市帝恩检测有限公司	2022年07月05日	√
质检部(实验室)	耐压变压器	202106001	TDE-HY1911-3KVA	准确度等级：5级	交直流分压器： 直流电压： $U_{rel}=0.12\%(k=2)$ ； 交流电压： $U_{rel}=0.15\%(k=2)$ ；	东莞市帝恩检测有限公司	2022年07月05日	√

审核综合意见：

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。抽检的测量设备均委托东莞市帝恩检测有限公司校准，校准证书由质检部负责保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022年07月14日~07月15日

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。