



编号: 0920-2022

不符合项报告

企业名称:	青岛昊利达电气有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	生技部	陪同人员:	徐宗彩
不符合事实描述: 编号: HLD-007 耐压测试仪未提供有效溯源证明。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>汪桂丽</u> 陪同人员(签名) <u>徐宗彩</u> 企业部门代表(签名) <u>赵书军</u>, 日期: 2022 年 07 月 17 日			
纠正措施: 立刻将该计量器具送有资质的检测机构进行溯源, 并对企业所有计量器具有效管理避免此类问题发生。 企业部门代表签名: <u>赵书军</u> 审核员签名: <u>汪桂丽</u>			
纠正措施完成情况: 措施有效, 同意关闭 审核组代表签名: <u>李利</u> 日期: 2022 年 07 月 17 日			

可另附页

