



编号: 0525-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山市顺德区酷字五金制品有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	带表游标卡尺	K18L1229 39	(0-200) mm	$\pm 0.03\text{mm}$	量块: 4 等 刀口尺: MEP: $1.0\text{ }\mu\text{m}$ 数显外径千分尺: MEP: $\pm 2\text{ }\mu\text{m}$	广东六零二计量检测有限公司	2022.06.16	√
生产部	内径量表	JT099595	(18-35) mm	$U=2.3\text{ }\mu\text{m}$ ($k=2$)	万能测长仪: $\pm (1\text{ }\mu\text{m}+5\times 10^{-6}L)$ 标准环规: $U=(1.4\sim 2.0)\text{ }\mu\text{m}$, $K=2$	广东六零二计量检测有限公司	2022.06.16	√
品质部	内径量表	AD14170 6	(10-18) mm	$U=2.3\text{ }\mu\text{m}$ ($k=2$)	万能测长仪: $\pm (1\text{ }\mu\text{m}+5\times 10^{-6}L)$ 标准环规: $U=(1.4\sim 2.0)\text{ }\mu\text{m}$, $K=2$	广东六零二计量检测有限公司	2022.06.16	√
品质部	千分尺	JG131259	(0-25) mm	$\pm 4\text{ }\mu\text{m}$	量块: 4 等 平面平晶: 2 级 平面平晶: 平行度: $0.6\text{ }\mu\text{m}$ 平面度: $0.1\text{ }\mu\text{m}$	广东六零二计量检测有限公司	2022.06.16	√
品质部	圆盘温湿度计	1908291	TH-101C	$U=2.2\%\text{RH}$ ($k=2$) $U=0.7^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	温湿度检定箱: 编号: 10708033 证书号: 215709635	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.06.18	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备委托广东六零二计量检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司校准,校准证书由品质部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 7 月 18 日~7 月 19 日上午 审核员签字: 张桂芹 部门代表签字: 张桂芹								

说明:“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。