



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)

编号: 0525-2022

不符合项报告

企业名称:	佛山市顺德区酷宇五金制品有限公司	不符合报告编号:	2022071901
受审核部门: 品质部		陪同人员: 孙秀红	
不符合事实描述: 查编号为 1908291 的圆盘温湿度计, 已送深圳中电计量测试技术有限公司校准, 校准证书编号: ZD202206185991, 未能提供校准服务机构“深圳中电计量测试技术有限公司”的供方评价记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 6.4 外部供方</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>孙秀红</u> 陪同人员(签名) <u>孙秀红</u> 企业部门代表(签名) <u>梁丽兴</u> 日期: 2022 年 7 月 19 日			
纠正措施: 对“深圳中电计量测试技术有限公司”进行供方评价, 若符合要求, 则纳入合格供方目录, 并检查是否存在同类问题, 一并整改。 企业部门代表签名: <u>梁丽兴</u> 审核员签名: <u>孙秀红</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>孙秀红</u> 日期: <u>2022.7.19</u>			

可另附页