



编号: 0927-2022

不符合项报告

企业名称:	安徽华宝电缆有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 唐爱忠	
不符合事实描述: 检查质量部(质检室)的用于导体电阻检测中温度控制的温湿度计未列入《测量设备台帐》进行统一管控, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 吴素平 陪同人员(签名) 唐爱忠 企业部门代表(签名) 汪蓉 日期: 2022.07.22			
纠正措施: 把质检室用于导体电阻检测中温度控制的温湿度计列入台账管理并送检溯源。检查现场测量设备有无类似情况一并纠正。 企业部门代表签名: 汪蓉 审核员签名: 吴素平			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴素平 日期: 2022.07.22			

可另附页

