



测量设备溯源抽查表

企业名称	比音勒芬服饰股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
商品管理中心	钢直尺	BYLab-EQ-003	500mm	$\pm 0.15\text{mm}$ $U = 0.06\text{mm} \quad (k=2)$	三等金属线纹尺: $\pm (0.03+0.02L)\text{mm}$ 塞尺: $\pm (5\sim 16) \mu\text{m}$	广州广电计量检测股份有限公司	2021.11.03	√
产品研发中心	电子织物强力机	20782	YG(B)026H C-250	$\pm 1.0\%$ $U_{\text{rel}} = 0.4\% \quad (k=2)$	标准测力仪: 0.3 级	广州广电计量检测股份有限公司	2021.10.30	√
产品研发中心	日晒色牢度试验机	20-16803-77-X2H	Q-SU NXe-2-H	试验舱温度: $\pm 2^\circ\text{C}$ $U = 0.4^\circ\text{C} \quad (k=2)$ 黑标温度: $\pm 3^\circ\text{C}$ $U = 0.4^\circ\text{C} \quad (k=2)$ 湿度: $\pm 10\%\text{RH}$ $U = 2.0\%\text{RH} \quad (k=2)$	黑标温度计: $U = 0.3^\circ\text{C} \quad (k=2)$ 温湿度试验设备自动检定系统: 温度: $\pm 0.03\%\text{FS}$ (A 级铂电阻) $\pm 0.1\%$ (I 级热电偶) 湿度: $\pm 1.5\%\text{RH}/\pm 0.2^\circ\text{C}$	广州广电计量检测股份有限公司	2021.11.27	√
产品研发中心	对色光源箱	BYLab-EQ-005	CAC60-4	D65 光照度: $U_{\text{rel}} = 3.0\% \quad (k=2)$ 各光源相关色温 (6000-7500) K: $U = 1.3 \times 10^2\text{K} \quad (k=2)$	紫外线辐射照度计: $U_{\text{rel}} = 13\% \quad (k=2)$ 彩色照度计(色温): $U = (7\sim 204) \text{K} \quad (k=2)$	广州广电计量检测股份有限公司	2021.10.26	√
产品研发中心	分析电子天平	2072007004	JA203H	$\pm 0.015\text{g}$ $U = 0.003\text{g} \quad (k=2)$	砝码(24 个): F1 级	广州广电计量检测股份有限公司	2021.10.26	√
产品研发中心	织物起球起毛仪	173909	YG502	频率: $U = 0.3\text{r/min} \quad (k=2)$ 砝码质量: $U = 0.3\text{g} \quad (k=2)$	转速表: 0.05 级 电子天平: II 级	广州广电计量检测股份有限公司	2021.10.26	√

审核综合意见:

公司制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由产品研发中心负责溯源。公司测量设备全部委托广州广电计量检测股份有限公司校准，校准证书由产品研发中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 7 月 21 日上午~2022 年 7 月 22 日下午

审核员签字:

孙小燕

部门代表签字:

梁磊