



编号：0537-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	河南省曼德科贸有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部（实验室）	电子天平	311649	(0~3000)g	$U=0.2g$ $k=2$	砝码:M ₁ 等级	深圳来测科技有限公司	2022 年 06 月 16 日	√
质检部（实验室）	增强稠化仪	211004	DFC-0710E	压力 $U_{rel}=0.3\%$ $k=2$ 搅拌转速： (150±15) r/min	压力表检验仪： 0.05 级 转速表： 0.05 级	深圳来测科技有限公司	2022 年 06 月 16 日	√
质检部（实验室）	液体密度计	007	YMS	$\pm 0.01g/cm^3$	二等标准密度计： $U=0.00010g/cm^3$ $k=2$	深圳来测科技有限公司	2022 年 06 月 16 日	√
质检部（实验室）	恒速搅拌器	1608003	DFC-0708	转速： $U_{rel}=0.4\%$ $k=2$	转速表： 0.05 级	深圳来测科技有限公司	2022 年 06 月 16 日	√

审核综合意见：

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部（实验室）负责溯源。公司测量设备全部委托深圳来测科技有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部（实验室）（实验室）保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 07 月 23 日~2022 月 07 月 24 日上午

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。