



编号: 0537-2022

不符合项报告

企业名称:	河南省曼德科贸有限公司	不符合报告编号:	(01)
受审核部门: 质检部 (实验室)		陪同人员: 李林行	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查实验室编号为: 736 的液体压力密度计, 没有进行计量确认。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款 总则的规定要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款 总则</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员 (签名) <u>李林行</u> 陪同人员 (签名) <u>李林行</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>徐志鹏</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 07 月 24 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1、将编号为: 736 的液体压力密度计, 进行计量确认, 并纳入计量器具管理台账中;</p> <p>2、组织相关人员学习标准相应条款, 认真整理计量器具管理台账。</p> <p>企业部门代表签名: <u>徐志鹏</u> 审核员签名: <u>李林行</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>李林行</u> 日期: 2022 年 07 月 24 日</p>			

可另附页