




编号: 0648-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	天津哈德韦尔自控技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术质量部		陪同人员: 王乐	
不符合事实描述: 现场使用的游标卡尺, 出厂编号: 747340 测量范围 (0-200) mm, 没有列入公司测量设备台账管理。 不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2022. 08. 26			
1. 纠正措施:组织专业技术人员对出厂编号为: : 747340, 测量范围 (0~200) mm 游标卡尺, 列入测量设备台账管理, 并对其它测量设备进行核验, 以满足测量设备计量特性的要求。 2. 组织相关人员培训, 强化员工对标准条款的理解 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2022. 08. 26			