



受理编号: 0534-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	CAN 匹配电阻测试过程		被测参数要求(含公差)	(60±5) Ω	
被测参数要求识别依据文件			YSDCL-GF-01 《CAN 匹配电阻测量过程控制规范》		
计量要求导出方法(可另附) 被测参数要求: (60±5) Ω $T_{\text{允}} = 5 \Omega$ $U_{\text{允}} = T_{\text{允}} / 3 = 5 / 3 = 1.7 (\Omega)$ 测量过程的测量范围要求为 0-70 Ω 测量设备的要求: 测量设备的测量范围 0-150 Ω 测量设备的 MPEV=1/2 U=0.85 Ω					
计量校准过程	测量设备名称/ 编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值 /准确度等级/测量不确定度)	校准/检 定证书编 号	校准/检定日期
	万用表 / YSD-WYB-01	UT39A+	-0.3 Ω	HW20220 63016001 2	2022年6月30 日
计量验证记录 测量设备测量范围满足要求, 经过外部校准, 示值误差最大值小于测量设备测量最大允许误差; 符合计量要求, 验证合格。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 贾强 验证日期: 2022年7月26日					
审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备已进行校准; 5. 测量设备验证正确。 审核员签名: 孙晓佳 企业代表签字: 孙晓佳 审核日期: 2022年7月26日					