



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)

编号: 0534-2022

不符合项报告

企业名称:	广东亿昇达科技有限公司	不符合报告编号:	2022072601
受审核部门: 总经办		陪同人员: 李甜甜	
不符合事实描述: 查数字万用表 (编号: YSD-WYB-01) 《计量确认记录表》, 测量过程计量要求中最大允许误差填写为: $\pm 1 \Omega$, 与 《CAN 匹配电阻测量过程控制规范》中测量过程最大允许误差 $\pm 5 \Omega$ 不符。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认过程记录 不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 孙的唯 陪同人员(签名) 李甜甜 企业部门代表(签名) 莫丰权 日期: 2022 年 7 月 26 日			
纠正措施: 正确填写万用表计量确认记录, 并检查是否有同类问题, 一定整改。 企业部门代表签名: 莫丰权 审核员签名: 孙的唯			
纠正措施完成情况: 企业制定纠正措施可行。 审核员代表签名: 孙的唯 日期: 2022.7.26			

可另附页