



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)

编号: 0534-2022

不符合项报告

企业名称:	广东亿昇达科技有限公司	不符合报告编号:	2022072602
受审核部门: 新能源部		陪同人员: 李甜甜	
不符合事实描述: 抽查新能源部 CAN 电阻测量过程 (过程编号 PKB-12) 的《关键测量过程识别表》中填写的过程允许不确定度为 $U \leq 0.22 \Omega$ ($k=2$), 与该过程不确定度评定报告中的允许不确定度 1.7Ω 不一致。记录填写有误。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 7.2.4 测量过程记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员 (签名) <u>张桂芹</u> 陪同人员 (签名) <u>李甜甜</u> 企业部门代表 (签名) <u>莫丰秋</u> 日期: 2022 年 7 月 26 日			
纠正措施: <u>正确填写关键测量过程记录表, 并检查是否存在同类问题, 一定整改。</u> 企业部门代表签名: <u>莫丰秋</u> 审核员签名: <u>张桂芹</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业制定纠正措施可作。</u> 审核组代表签名: <u>张桂芹</u> 日期: <u>2022.7.26</u>			

可另附页