



编号: 0536-2022

不符合项报告

企业名称	浙江强盛医用工程有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质安部		陪同人员: 沈延辉	
不符合事实描述: 2022 年企业确定的外部校准机构“深圳市中正计量检测有限公司”, 但未能提供评价记录, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022:2003 标准 6.4 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>沈延辉</u> 企业部门代表(签名) <u>沈延辉</u> 日期: 2022. 07. 31			
纠正措施: 对今年所确定的校准机构的资质及开展校准项目 进行评价, 举一反三, 排查类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>沈延辉</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 07. 31			

可另附页

