



编号: 0535-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江天禹信息科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 项目部		陪同人员: 蒋玲	
不符合事实描述: 查项目部使用的一台温湿度计 (规格型号 WS2080B, 出厂编号为 20220611003), 有校准证书, 已列入测量设备台帐管理, 未张贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u> 蒋建峰 </u> 陪同人员(签名) <u> 蒋玲 </u> 企业部门代表(签名) <u> 蒋玲 </u> 日期: 2022 年 8 月 6 日			
纠正措施: 组织相关人员对 GB/T 19022-2003 标准进行学习, 把编号为 20220611003 的一台温湿度计进行计量确认, 并张贴计量确认合格标识。同时举一反三, 对公司所有测量设备进行梳理, 避免类似问题存在。 企业部门代表签名: <u> 蒋玲 </u> 审核员签名: <u> 杨子林 </u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u> 杨子林 </u> 日期: 2022.08.06			

可另附页