

编号: 0029-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	温州市瓯斯特阀门有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:质量部		陪同人员:林爽	
不符合事实描述: 查见现场使用的编号为 YY01142 的耐震电接点压力表及硬度计未能提供检定/校准证书。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>王量</u> 陪同人员(签名) <u>林爽</u> 企业部门代表(签名) <u>李剑峰</u> 日期:2021.5.12			
纠正措施: 立即将该压力表及硬度计送温州市计量科学研究院进行检定校准。 企业部门代表签名: <u>李剑峰</u> 审核员签名: <u>王量</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实,验证有效.</u> 审核组代表签名: <u>韩心</u> 日期: <u>2021.5.12</u>			

压力表已报废,新装压力表已完成检定,同意关闭该不符合项。可另附页

韩心
2021.8.7





温州市计量科学研究院

检定证书

证书编号: CA220710509

送检单位: 温州市厄斯特阀门有限公司

计量器具名称: 耐振电接点压力表

型号/规格: (0~25) MPa

出厂编号: 200731333

制造单位: 杭州东亚仪表有限公司

检定依据: JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表
检定规程

检定结论: 1.6 级合格



批准人 柯建琴
核验员 章乐
检定员 董弛



检定日期: 2022 年 07 月 29 日
有效期至: 2023 年 01 月 28 日

计量检定机构授权证书号: (浙)法计(2018)33003号
地址: 温州市汤家桥南路计量大楼
传真: 0577-88900550

电话: 0577-88900550
邮编: 325001
网址: www.wzimt.com



扫描全能王 创建



XGH

深圳新广行检测技术有限公司
SHENZHEN XINGUANGHANG TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.中国合格评定
国家认可
校准
CALIBRATION
CNAS L4802校准证书
Calibration Certificate证书编号: XGH2022050704119
Certificate No.第 1 页, 共 3 页
Page 1 of 3

客户名称: 温州市甄斯特阀门有限公司
Customer name

客户地址: 温州经济技术开发区滨海六道328号
Add.of Customer

器具名称: 里氏硬度计
Description

型号规格: XH500
Model/Type

制造商: 赛博瑞鑫
Manufacturer

出厂编号: 15013110
Serial No.

管理编号: _____
Manage No.



接收日期: 2022 年 05 月 07 日
Incept Date Year Month Day

校准日期: 2022 年 05 月 07 日
Calibration Date Year Month Day

发布日期: 2022 年 05 月 09 日
Publish Date Year Month Day



防伪查询

批准: 陈延鹏
Calibrated by

检验: 傅建鹏
Inspected by

校准: 林隆
Issued by



地址: 深圳市光明区玉塘街道山厦社区同乐路5号A栋3楼
ADD:3rd Floor A/B building, No.5 Tianwan Road, Tianliao
Community,Yutang street, Guangming district Shenzhen city

联系电话(Tel): 0755-20150056
传真(Fax): 0755-20150056
邮编(Post): 519112



扫描全能王 创建