



编号: 0029-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	温州市瓯斯特阀门有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 质量部		陪同人员: 林爽	
不符合事实描述: 查见企业计量器具台帐统计有 113 件, 超声波测厚仪未纳入计量器具台账。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合: 次要不符合: ☒: 审核员(签名): <u>王景</u> 陪同人员(签名): <u>林爽</u> 企业部门代表(签名): <u>李剑峰</u> 日期: 2021. 5. 12			
纠正措施: 立即梳理现场所有计量器具, 及时将未造册计量器具进行登记, 纳入台账管理。 企业部门代表签名: <u>李剑峰</u> 审核员签名: <u>王景</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>韩沁</u> 日期: 2021. 5. 12			

整改已完成, 同意关闭该不符合项。

可另附页

韩沁 2021.8.7



设备台账

序号	计量器具名称	量程/型号	准确度	出厂编号	制造厂家	检定日期	有效日期	管理类别	保管人	备注
61	游标卡尺	(0~300) mm	0.02	2631	哈尔滨量具	2022.5.7	2023.5.6	B	计量室	
62	游标卡尺	(0~2000) mm	0.02	21070022	恒量	2022.5.7	2023.5.6	B	计量室	
63	双内钩槽卡尺	(9~200) mm	0.02	T14080169	上申	2022.5.7	2023.5.6	B	计量室	
64	深度卡尺	(0~200) mm	0.02	17020398	申菱	2022.5.7	2023.5.6	B	计量室	
65	涂层测厚仪	(0~1800) mm		CT400	三量	2022.7.15	2023.7.14	B	计量室	
66	便携式光谱仪	Niton XL2		C003388	赛默飞	2021.11.22	2022.11.21	B	计量室	
67	里氏硬度计	XH500		15013110	赛博瑞鑫	2022.5.7	2023.5.6	B	计量室	
68	超声波测厚仪	JT680		CHY210604010524	JIMTEC	2021.12.28	2022.12.27	B	计量室	
69	百分表	(0~10) mm		86182852	雷尔达仪表			B	计量室	
70	电子天秤	5t		K9070028	程展电子衡器			B	计量室	
71	高度尺	(0~600) mm		3807263539	JIF			B	计量室	封存
72	万能试验机	WEW		7443	济南科汇			B	计量室	封存
73	洛氏硬度计	HR-150A		0889	济南科汇			B	计量室	封存
74	冲击试验机	JB-300B		7581	济南科汇			B	计量室	封存
75	冲击试验低温槽	DWC-30		9797	济南科汇			B	计量室	封存



扫描全能王 创建