

编号: 0029-2018-2021

### 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                  |              |          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                            | 温州市瓯斯特阀门有限公司 | 不符合报告编号: | 04 |
| 受审核部门:质量部                                                                                                                                                                        |              | 陪同人员:林爽  |    |
| 不符合事实描述:<br><br>查关键测量过程闸板密封面硬度测量,未按规定频次进行持续监视。<br><br><br>不符合认证审核准则条款号: 7.2.测量过程<br>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____√____;<br>审核员(签名) 姜 陪同人员(签名) 林爽<br>企业部门代表(签名) 李利峰<br>日期:2021.5.12 |              |          |    |
| 纠正措施:<br><br>立即组织计量人员按照控制规范要求,定期进行监视,保证测量设备的正常运行。<br><br><br>企业部门代表签名: 李利峰 审核员签名: 姜                                                                                              |              |          |    |
| 纠正措施完成情况:<br><br>纠正措施已落实,验证有效。<br><br>审核组代表签名: 韩沁 日期:2021.5.12                                                                                                                   |              |          |    |

已整改完毕,同意关闭该不符合项。

可另附页

韩沁  
2021.8.7



温州市瓯斯特阀门有限公司

## 一、里氏硬度计测量过程监视统计记录表

测量过程名称：闸板的密封面硬度检测

被测参数：里氏硬度      测量范围：（680~720）HL      允差范围：±10HL

测量仪器：XH-500里氏硬度计      测量范围：（170~960）HL

监视方法：统计技术      核查标准：标准硬度块 786HL

| 序号 | 核查        | 观察记录（HL）       |                |                |                |                |
|----|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 日期        | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>4</sub> | X <sub>5</sub> |
| 1  | 2022.4.2  | 782.0          | 786.0          | 789.0          | 787.0          | 786.0          |
| 2  | 2022.4.12 | 786.0          | 789.0          | 788.0          | 786.0          | 786.0          |
| 3  | 2022.4.22 | 787.0          | 786.0          | 787.0          | 787.0          | 789.0          |
| 4  | 2022.5.2  | 786.0          | 786.0          | 788.0          | 786.0          | 790.0          |
| 5  | 2022.5.12 | 782.0          | 784.0          | 786.0          | 784.0          | 784.0          |
| 6  | 2022.5.22 | 786.0          | 785.0          | 785.0          | 784.0          | 785.0          |
| 7  | 2022.6.2  | 779.0          | 785.0          | 784.0          | 786.0          | 789.0          |
| 8  | 2022.6.12 | 789.0          | 792.0          | 786.0          | 791.0          | 791.0          |
| 9  | 2022.6.22 | 791.0          | 787.0          | 786.0          | 787.0          | 789.0          |
| 10 | 2022.7.2  | 786.0          | 791.0          | 788.0          | 788.0          | 787.0          |
| 11 | 2022.7.12 | 786.0          | 787.0          | 788.0          | 791.0          | 788.0          |
| 12 | 2022.7.22 | 791.0          | 792.0          | 789.0          | 788.0          | 786.0          |
| 13 | 2022.8.2  | 786.0          | 788.0          | 789.0          | 788.0          | 786.0          |
| 14 | 2022.8.12 |                |                |                |                |                |
| 15 | 2022.8.22 |                |                |                |                |                |
| 16 | 2022.9.2  |                |                |                |                |                |
| 17 | 2022.9.12 |                |                |                |                |                |
| 18 | 2022.9.22 |                |                |                |                |                |
| 19 |           |                |                |                |                |                |
| 20 |           |                |                |                |                |                |

