



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0793-2021-2022

|      |            |               |           |                      |                                                                                                                                                                   |                      |                  |               |
|------|------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 企业名称 | 沈阳新石科技有限公司 |               |           |                      |                                                                                                                                                                   |                      |                  |               |
| 部门   | 测量设备名称     | 测量设备编号        | 型号规格      | 测量设备计量特性             | 测量标准装置名称及技术参数                                                                                                                                                     | 检定/校准机构              | 检定/校准日期          | 符合打√<br>不符合打× |
| 研发部  | 数字存储示波器    | 2020062204    | TBS1072B  | $U_{rel}=3.1\%(k=2)$ | 示波器检定装置<br>(技术参数未描述)                                                                                                                                              | 辽沈工业集团有限公司校准检测中心     | 2021.08.16       |               |
| 生产部  | 游标卡尺       | 81040351      | (0-200)mm | MPE=±0.03mm          | 量块, 4 等                                                                                                                                                           | 辽宁英创寰宇通用设备有限公司校准检测中心 | 2022 年 03 月 14 日 | √             |
| 生产部  | 压力校验台      | 1508604       | (0-40)MPa | 0.05%                | 数字压力控制器,<br>MPE: ±0.01%                                                                                                                                           | 辽宁英创寰宇通用设备有限公司校准检测中心 | 2022 年 7 月 25 日  | √             |
| 生产部  | 精密压力表      | HC65551501308 | (0-1)MPa  | 0.25 级               | 活塞压力计, 0.05 级                                                                                                                                                     | 辽宁英创寰宇通用设备有限公司校准检测中心 | 2022 年 7 月 25 日  | √             |
| 生产部  | 数字万用表      | 097126772     | VC9807A   | MPE=±3.0mA           | 多功能标准源<br>DCV:MPE±(11×10 <sup>-6</sup><br>输出+2 μV-18×10 <sup>-6</sup><br>输出+1.5mV);<br>DCV:MPE±(130×10 <sup>-6</sup><br>输出+8 μV-300×10 <sup>-6</sup><br>输出+10mV); | 辽宁英创寰宇通用设备有限公司校准检测中心 | 2022 年 03 月 14 日 | √             |

审核综合意见: 表中 1 测量标准装置名称及技术参数校准方未描述。

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》, 测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托辽沈工业集团有限公司校准检测中心、辽宁英创寰宇通用设备有限公司校准检测中心检定/校准, 校准/检定证书由生产部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 07 月 29 日上午~2022 年 7 月 29 日 下午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。